



540000/273/25/2018-ZAP

Wykonawcy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, II Oddział w Poznaniu informuje, że do prowadzącego postępowanie w trybie zapytania ofertowego na:

„Dostawa automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) do Inspektoratu ZUS w Koninie”

w dniu 24 września 2018 r. wpłynęły **pytania** o następującej treści, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator AED renomowanego producenta o stopniu ochrony IP 55, objętego 5 letnim okresem gwarancji producenta?

Odpowiedź Zamawiającego:

*Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę defibrylatora o stopniu ochrony IP 55, z tym, że wymagany okres gwarancji dla urządzenia musi wynosić **minimum 8 lat**.*

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania oznaczenia AED o wymiarach 30cm x 20cm wykonane ze sprasowanego tworzywa PCV o grubości ok. 2 mm? Oznaczenia te z reguły montuje się do powierzchni płaskich na taśmie montażowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę oznaczeń AED opisanych w powyższym pytaniu.

Od momentu otrzymania wyjaśnień do treści Zapytania ofertowego Zamawiający i Wykonawcy są związani ich treścią.

Z-CA DYREKTORA


Anna Pankiewicz-Gałęzka

Sporządziła: ANETA MALEWSKA