

Olsztyn, 11 maja 2020 r.

Oddział w Olsztynie
230000/273/17/2020-ZAP
UNP 2020-00280097

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania na zakup defibrylatorów AED wraz z wyposażeniem dla Oddziału ZUS w Olsztynie i TJO. Znak postępowania: **230000/273/10/2020-ZAPV**.

W związku z wpływaniem pytań w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający przez zapis o wymianie baterii i elektrod w okresie gwarancji rozumie, że w koszty ma być również w kalkulowana wymiana po upływie terminu ich ważności? Czyli Wykonawca ma kalkulować koszt dwukrotnej wymiany elektrod i np. dwukrotnej wymiany baterii w okresie trwania np. 8 letniej gwarancji?

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, że w cenę oferty Wykonawca winien kalkulować koszt wymiany baterii i elektrod w całym okresie gwarancji, tj. również po upływie terminu ich ważności.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający ma oczekiwania co do wagi defibrylatora? Nie zostało to ujęte w postępowaniu jednak defibrylatory AED ważą 1 lub nawet 4 kilogramy co ma wpływ na korzystanie i przenoszenie urządzenia. Czy Zamawiający będzie decydował się na defibrylatory lekkie, ważące ok 1,5 kg?

Odpowiedź 2:

Zamawiający informuje, że nie ma oczekiwań co do wagi defibrylatora.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający wymaga aby metronom uruchamiał się automatycznie i nie wymagał włączenia go dodatkowymi przyciskami?

Odpowiedź 3:

Zamawiający informuje, że zaoferowany defibrylator ma być urządzeniem w pełni automatycznym, metronom winien uruchamiać się automatycznie bez włączenia go dodatkowymi przyciskami.

*Sprawę prowadzi: Anna Zalewska
Specjalista, Wieloosobowe stanowisko zamówień publicznych
T: 89 521-24-52, E: zap_Olsztyn@zus.pl,
godziny kontaktu z Wykonawcami: 7.00-15.00 (pn.- pt.).*

ZASTĘPCA DYREKTORA

Sylwester Kurkowski