



170000/273/30/2020-ADG

Do wszystkich zainteresowanych

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA PUBLICZNEGO

Dotyczy: postępowania na zakup wraz z dostawą zakup i dostawę generatora ozonu i miernika stężenia ozonu na potrzeby Oddziału ZUS w Koszalinie.

Zamawiający – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Koszalinie, na podstawie pkt 7.1.1. Zapytania publicznego, udziela odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na pytanie czy można złożyć ofertę na ozonator z wbudowanym miernikiem ozonu zamiast dwóch oddzielnych urządzeń ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 2:

Czy dopuszczają Państwo mierniki 0-5ppm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 3:

Czy w Zadaniu 1 Generator Ozonu Zamawiający dopuszcza generator, który będzie miał wydajność stałą ozonu 30g/h ? czy Ozonator musi mieć możliwość regulacji od 30g/h do 60g/h ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia. W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazał, że chce zakupić ozonator o minimalnej wydajności 30g/h, ale nie większej niż 60g/h. Zamawiający zatem dopuszcza ozonator o wydajności 30g/h.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuści Ozonator bez pilota, ale z wyświetlaczem dotykowym, który umożliwi ustawianie pracy ozonatora ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian i upływa **11.12.2020 r. o godz. 10:00.**

Zastępca Dyrektora Oddziału

Ireneusz Majchrzak