

Oddział w Zielonej Górze

**ZNAK SPRAWY: 510000/273/01/2021-ZAP**

**Do wszystkich Wykonawców**

Dotyczy postępowania pn.: „Zakup i sukcesywna dostawa środków ochrony osobistej dla Oddziału ZUS w Zielonej Górze”.

**Informacja o zmianie w Zapytaniu Publicznym z dnia 02.03.2021 r.**

Zgodnie z Rodz. 7 pkt 7.2 Zapytania Publicznego z dnia 02.03.2021 r. Zamawiający dokonuje zmiany w Zapytaniu publicznym w załączniku nr 1 „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia” w pkt. 2 polegającej na dopisaniu podpunktu „ powinna posiadać znak CE”.

Było:

2. Maseczka jednorazowa/medyczna – 378 opakowań po 50 sztuk
  - powinna spełniać wymagania normy EN 14683
  - skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) typu II lub IIR
  - oddychalność (ciśnienie różnicowe -Pa) typu II lub IIR
  - biostatyczność (zachowanie czystości bakteryjnej)
  - powinna być wykonana z trójwarstwowej włókniny
  - powinna być wiązana na troki lub posiadać gumki umożliwiające założenie maseczki na uszy
  - w części środkowej powinna posiadać zakładki (harmonijka) umożliwiające dopasowanie maseczki do kształtu twarzy – zakrycie nosa, ust i brody
  - w jednej krawędzi maseczka powinna posiadać wzmocnienie umożliwiające dopasowanie maseczki do nosa zapewniające szczelność przylegania
  - rozmiar wyrobu na płasko ma wynosić co najmniej 17,5cm x 9 cm.

Jest:

2. Maseczka jednorazowa/medyczna – 378 opakowań po 50 sztuk
  - powinna spełniać wymagania normy EN 14683
  - powinna posiadać znak CE
  - skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) typu II lub IIR
  - oddychalność (ciśnienie różnicowe -Pa) typu II lub IIR
  - biostatyczność (zachowanie czystości bakteryjnej)
  - powinna być wykonana z trójwarstwowej włókniny
  - powinna być wiązana na troki lub posiadać gumki umożliwiające założenie maseczki na uszy
  - w części środkowej powinna posiadać zakładki (harmonijka) umożliwiające dopasowanie maseczki do kształtu twarzy – zakrycie nosa, ust i brody

- w jednej krawędzi maseczka powinna posiadać wzmocnienie umożliwiające dopasowanie maseczki do nosa zapewniające szczelność przylegania
- rozmiar wyrobu na płasko ma wynosić co najmniej 17,5cm x 9 cm.

**Wykonawca powinien uwzględnić powyższe wyjaśnienia przygotowując ofertę.**

W zawiązku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 12.03.2021 r. do godz. 10:00.

Pozostałe zapisy Zapytania Publicznego pozostają bez zmian.

Sporządziła:

Zatwierdził: